

令和8年5月の検査結果

- 検査機器: NaI(Tl)シンチレーター ガンマ線スペクトロメーター LB2045 (ドイツ・ベルトールド社製)
- 検査核種: 放射性セシウム(セシウム134、セシウム137の総和)
- 検査場所: 前橋市学校給食北部共同調理場(前橋市五代町493-5)

(注) 検出下限値は10Bq/kgを目安とし、検査結果が検出下限値以下の場合は「検出せず」と表記。
 (参考) 厚労省より、これまでの暫定基準に代わる「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定」が提示。
 平成24年4月から適用。

厚労省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を参考に測定。
 新基準<放射性セシウム>: 一般食品100Bq/kg、牛乳50Bq/kg、乳児用食品50Bq/kg、飲料水10Bq/kg

検査実施日	検査内容		検査結果
令和8年5月26日	調理前食材検査 【5月26日～5月29日使用予定食材事前検査】	大根	検出せず
		白菜	検出せず
		じゃがいも	検出せず
令和8年5月22日	調理前食材検査 【5月25日～5月29日使用予定食材事前検査】	ズッキーニ	検出せず
		玉葱	検出せず
		ごぼう	検出せず
令和8年5月21日	調理前食材検査 【5月25日～5月29日使用予定食材事前検査】	胡瓜	検出せず
		なす	検出せず
令和8年5月20日	調理前食材検査 【5月25日～5月29日使用予定食材事前検査】	もやし	検出せず
		チンゲン菜	検出せず
令和8年5月19日	調理前食材検査 【5月25日～5月29日使用予定食材事前検査】	ニラ	検出せず
		ピーマン	検出せず
令和8年5月14日	調理前食材検査 【5月18日～5月22日使用予定食材事前検査】	6月分ブロイラー 挽肉(胸)	検出せず
		6月分ブロイラー 小間切れ(胸・皮なし)	検出せず
		6月分ブロイラー 小間切れ(胸・皮つき)	検出せず
		玉葱	検出せず
		きゅうり	検出せず
令和8年5月12日	調理前食材検査 【5月18日～5月22日使用予定食材事前検査】	ごぼう	検出せず
		水菜	検出せず
令和8年5月11日	調理前食材検査 【5月18日～5月22日使用予定食材事前検査】	ねぎ	検出せず
		小松菜	検出せず
令和8年5月8日	調理前食材検査 【5月11日～5月15日使用予定食材事前検査】	玉葱	検出せず
		セロリー	検出せず
		キャベツ	検出せず
		にんじん	検出せず
令和8年5月7日	調理前食材検査 【5月11日～5月15日使用予定食材事前検査】	大根	検出せず
		玉葱	検出せず
		小松菜	検出せず

令和8年5月1日	調理前食材検査 【5月7日～5月8日使用 予定食材事前検査】	もやし	検出せず
		ねぎ	検出せず

